



ASST Bergamo Ovest

0013007/17 - 02/05/2017

Classifica: 1.6.3

C.I.P.A.: asstbgo AOO: asstbgo

C.REG.PROT.: RP02

**A TUTTI I CONCORRENTI INTERESSATI***Ufficio Gare e Appalti*

**Oggetto:** Consultazione di mercato per l'acquisizione di un sistema lavaendoscopi, costituito da apparecchiature per la disinfezione di endoscopi termolabili da installare presso le U.O. di Endoscopia digestiva degli Ospedali di Treviglio e di Romano di Lombardia, e di materiale di consumo, con modalità costo a ciclo.

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, a seguito di richieste di chiarimenti pervenute, si precisa quanto segue.

*D: A pag. 3 dell'avviso in questione si chiede l'indicazione dei costi suddivisi per tipologia. Innanzi tutto siamo a chiedere se dobbiamo fornire dei costi indicativi o meno; del resto non ci sembra il caso di fornire prezzi definitivi dato che poi seguirà una gara. In ogni caso, per fornire un costo al ciclo è necessario conoscere quanti cicli vengono eseguiti all'anno e di quante macchine o meglio di quante vasche avete bisogno. Infine, in considerazione del fatto che il costo del noleggio deve comprendere anche i raccordi per gli strumenti, è necessario avere la lista degli strumenti endoscopici in uso per poter fare una valutazione del numero di raccordi necessari.*

**R:** Il prezzo da indicare è quello indicativo a base d'asta per:

- n.1 apparecchiatura da installarsi presso l'Endoscopia Digestiva del presidio di Romano di Lombardia (3000 cicli/anno);
- n. 3 apparecchiature da installarsi presso l'Endoscopia Digestiva del presidio di Treviglio (6000 cicli/anno complessivi).

*D: Al punto 16 di pag. 2 viene richiesto come caratteristica di minima di: avere in fase di carico del disinfettante/detergente un sistema di aspirazione chiuso automatico (non saranno ammessi sistemi di carico e/o travaso manuale da parte degli operatori). Si chiede di specificare meglio questa richiesta in quanto il sistema offerto prevede che l'operatore debba solamente posizionare le taniche negli appositi alloggiamenti inserendo il pescante. Il dosaggio dei chemicals avviene in maniera automatica e single-shot ed il ciclo di lavaggio viene condotto a circuito chiuso, pertanto non è prevista alcuna manipolazione di tali sostanze da parte degli operatori.*



**R:** L'offerente descriva nel dettaglio il sistema che utilizza per la limitazione del rischio chimico nella fase.

La presente comunicazione è da intendersi quale parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e, pertanto, va restituita firmata e timbrata, inserendola nella busta Requisito Amministrativo.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.



U.O. APPROVVIGIONAMENTI

II RESPONSABILE

(Dott.ssa Elisabetta Mombrini)

*Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Elisabetta Mombrini (email: [ufficiogare@asst-bgvest.it](mailto:ufficiogare@asst-bgvest.it) – tel. 0363/424.005)*

*Il referente dell'istruttoria: Sig.ra Marcella Mascolo (email: [ufficiogare@asst-bgvest.it](mailto:ufficiogare@asst-bgvest.it) – tel. 0363/424.005).*

*Pratica int. n.445/2017*