



ASST Bergamo Ovest

0017642/18 - 23/05/2018

Classifica: 1.6.3

C.IPA: asstbgo AOO: asstbgo

C.REG.PROT: RP03

## A TUTTE LE SOCIETA' PARTECIPANTI

### LORO SEDE

**OGGETTO:** Procedura sopra soglia comunitaria per la fornitura di sistemi di disinfezione per endoscopi termolabili occorrente alle ASST Bergamo Ovest e del Garda.

#### **Chiarimenti.**

Con riferimento alla procedura in oggetto, pubblicata sulla piattaforma SInTel di Regione Lombardia, a seguito di richieste di chiarimenti, si precisa quanto segue:

*D) Si richiede se sia possibile, data la recente introduzione dei dispositivi richiesti nell'ambito del mercato sanitario, derogare parzialmente al requisito che impone al concorrente di dimostrare di "aver eseguito nell'ultimo triennio forniture analoghe all'oggetto dell'appalto di importo complessivo minimo pari a € 600.000,00 IVA esclusa" consentendo allo stesso di poter sopperire a tale mancanza mediante la produzione di una dichiarazione della casa produttrice dei predetti dispositivi per il medesimo importo.*

R) I requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare di gara rappresentano "lex specialis" dell'appalto in oggetto e pertanto non modificabili.

Si rammenta la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 s.m.ei.

*D) In relazione alla gara in oggetto vi preghiamo di trasmetterci le planimetrie (in formato dwg o pdf) relative allo stato dei luoghi dove dovranno essere posizionate le apparecchiature.*

R) Si rende disponibile quanto richiesto.

*D) Con la presente richiediamo un chiarimento relativo al requisito di capacità tecnica e professionale necessario per la partecipazione alla gara in argomento; al riguardo vi chiediamo di confermare che per "forniture analoghe" devono intendersi forniture di sistemi di disinfezione per endoscopi, di sistemi di sterilizzazione ad alta e bassa temperatura e di sistemi di lavaggio e termo disinfezione.*

R) Si conferma l'interpretazione.



Si rammenta che la partecipazione alla procedura di gara è subordinata all'effettuazione del sopralluogo, previsto nella settimana dal 14 al 18 maggio, come specificato nel bando di gara e nel disciplinare.

La presente comunicazione è da intendersi quale parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e, pertanto, va restituita firmata e timbrata, inserendola nella busta Requisito Amministrativo

Distinti saluti.



U.O.S GESTIONE ACQUISTI  
PROVVEDITORATO ECONOMATO

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Elisabetta Mombrini)

*Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Elisabetta Mombrini (email: [ufficiogare@asst-bgovest.it](mailto:ufficiogare@asst-bgovest.it) – tel. 0363/424.005).*

*Il referente dell'istruttoria :Marcella Mascolo (tel.0363/424.005 - fax:0363/424.404). Pratica n.1024/2018*

[illegible]

## ENDOSCOPIA TREVIGLIO

